

Наш знак:01-128/7-2018
Датум:27.02.2018г.
Ваш знак:

Предмет: Одговор на питање за Јавну набавку мале вредности МУ-I/2018- Еталонирање

На адресу Завода за јавно здравље Панчево пристигло је питање за ЈН мале вредности МУ-I/2018 Еталонирање 27.02.2018 год. које гласи:

Питање 1: Партија 2

„Да ли можете да нам мало боље објасните који је апарат у питању из партије 2 ставка 6
6. Мерач протока ваздуха „Lanzoni srl via Michalino Italija“ SRPS ISO IEC 17025:2006
Да ли можете да нам дате неке прецизније информације о овом уређају?“

Одговор:

Мерач протока ваздуха „Lanzoni srl via Michalino Italija“ је мерило протока ваздуха мерног опсега 0,5-15,0dm³/min. Мерач протока ваздуха је дошао у склопу самплера за полен.
Метода еталонирања: Процедура за еталонирање мерила протока и уређаја за узорковање ваздуха „P-RUEProtokomeri_08“. Стандардна метода мерења према еталону протока са клипом (NIST Special Publication 250-49).

Одговори на питања и појашњење конкурсне документације објављени на порталу ЈН и интернет страни Наручиоца.27.02.2018г.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МУ-I/2018