

Наш знак:01-688/7-2017
Датум:11.01.2018 г.
Ваш знак:

Предмет: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности МД-Х/17 Лабораторијска опрема

На адресу Завода за јавно здравље Панчево пристигло је питање за ЈН мале вредности МД- Х/17 Лабораторијска опрема 10.01.2018 год. које гласи:

Питање: Поводом ЈН МД-Х/17, а везано за партију 1, за Инкубатор имамо питање које се односи на запремину истог.

Наиме, према датим димензијама, 990x920x900 (wхhxd), можемо да понудимо Инкубатор запреmine од 400 литара, што је за 144 литара више од дефинисаног.

Све друге тразене техничке карактеристике су апсолутно задовољене.

У димензијама које сте навели у тендерској документацији, можемо да понудимо модел запреmine од 240 литара, сто је за 16 литара мање од тражене.

Наравно и код овог модела су све друге техничке карактеристике задовољене.

Замолили бих Вас за информацију дали је кориснику од интереса да буде понудјена већа запремина или нешто мања запремина, односно дали је за корисника кључан параметар запремина или спољашње димензије.

У траженој запремини и са тачно тим траженим димензијама, свега један произвођач испуњава овај услов, па се на овај начин врши фаворизација одређеног произвођача, што је противно члану 10 ЗЈН.

Верујемо да то није случај, те из тог разлога молимо за појашњење.

Одговор:

Захтеване димензије инкубатора: (W x H x D= 825±5mm x1180±10 mm x 775±5) су у складу са тренутним просторним могућностима Лабораторије, због чега не можемо да прихватимо инкубатор већих димензија, а нисмо заинтересовани за инкубатор мање запреmine.

Остајемо при захтевима из техничке документације.

Комисија за ЈН МД- Х/17