

Наш знак: 01-332/22-2019
Датум: 14.06.2019
Ваш знак:

Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-III/2019 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На адресу наручиоца стигли су захтеви за појашњење конкурсне документације који гласе:

Molim Vas da nam odgovorite na pitanja vezana za JN ВД-III/2019

Partija 3, stavka 18 - da li moze da se ponudi digitalni termometar sa kablom, opsega -50/+70C, dimenzije (L) 62 x (B) 20 (55) x (H) 85 mm?

Odgovor: Nije prihvatljivo.

Partija 19, stavka 6 – proizvodjac peristalticke pumpe nema crevo fi 4mm, da li moze da se ponudi crevo fi 4.8mm?

Odgovor: Nije prihvatljivo, potrebno je crevo sa tacnim dimenzijama fi 4mm .

Partija 19, stavka 24 – molim vas da proverite da nije doslo do greske prilikom kucanja dokumentacije, niko od renomiranih proizvođaца nema porcelansku posudu za uparavanje dia 180 mm, da je dubina 35mm. Da li moze da se ponud 170x55mm?

Odgovor: Mere porculanskih šolja su tražene na osnovu šolja koje laboratorijua poseduje I nabavlja skoro svake godine tako da nije došlo do tehničke greške, ali se mogu ponuditi i porculanske šolje dimenzija 170x55mm.

Partija 21, stavka 10 – ERM BB501 se više ne proizvodi. Proizvođač nam je ponudio alternative LGC7164. Molim Vas za odgovor da li može da se ponudi alternative?

Crab paste - Proximates and Elements

Certified Values

Constituent ¹	Units	Number of laboratories	Certified value ^{2,3}	Uncertainty ⁴	Weight ⁵ (g)	k value ⁴
Moisture	g/100 g	19	59.26	0.56	5	2.03
Nitrogen	g/100 g	18	3.541	0.087	0.5	2.03
Total fat	g/100 g	13	12.13	0.72	2.5	2.14
Ash	g/100 g	18	2.855	0.059	5	2.03
Chloride	g/100 g	10	0.78	0.10	4	2.26
Calcium	mg/100 g	10	348	35	1	2.10
Cadmium	mg/kg	1	9.20	0.48	1	2.20
Copper	mg/kg	11	20.1	2.4	1	2.16
Lead	mg/kg	1	0.0697	0.0047	1	2.09
Magnesium	mg/100 g	16	43.1	3.8	1	2.05
Manganese	mg/kg	12	3.28	0.29	1	2.07
Phosphorus	mg/100 g	13	564	40	1	2.13
Potassium	mg/100 g	13	179	11	1	2.08
Sodium	mg/100 g	15	463	45	1	2.03
Zinc	mg/kg	13	56.8	5.5	1	2.03

Odgovor: Da prihvatljivo je.

U partiji 21, za stavke 9,10 i 23 ste tražili CRM-ove koji se više ne nalaze u prodaji. Da li mogu da se ponude sledeći ekvivalenti:

Stavka 9 – umesto BCR-383 da li može da se ponudi Kat.br. ERM-BC381?

<https://www.lgcstandards.com/RS/en/RYE-FLOUR-major-nutrients-/p/ERM-BC381>

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Stavka 10 – umesto ERM-BB501 da li može da se ponudi Kat.br. LGC7155 ?

<https://www.lgcstandards.com/RS/en/Processed-Meat-Proximates-chloride-hydroxyproline-metals/p/LGC7155>

Odgovor: za CRM LGC7155 potrebno je dostaviti specifikaciju koja nije dostupna na linku koji poslat (<https://www.lgcstandards.com/RS/en/Processed-Meat-Proximates-chloride-hydroxyproline-metals/p/LGC7155>)

Stavka 23 - umesto BCR-380R da li može da se ponudi Kat.No. BCR-685?

<https://www.lgcstandards.com/RS/en/Skimmed-milk-powder-Major-nutrients/p/BCR-685>

Odgovor: Da prihvatljivo je.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН ВД-III/2019