

Наш знак: 01-332/26-2019
Датум: 17.06.2019
Ваш знак:

**Додатно појашњење конкурсне документације и измена конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-III/2019 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ**

На адресу наручиоца стигли су захтеви за појашњење конкурсне документације који
гласе:

Partija 3

Stavka br.5 – Da li je prihvatljivo ponuditi dispencer od 5-60ml?

Odgovor: Da, prihvatljivo je.

Stavka br.20 – Nakon provere kataloga proizvođača koji prave ovakve termometre ustanovili smo da ovakav termometar ne postoji sa podelom od 0.1 već samo sa podelom od 0.5. Stoga Vas molimo da nam pošaljete kataloški broj I naziv proizvođača ukoliko nije prihvatljivo ponuditi podelu od 0.5? Šta više u prošlogodišnjem tenderu je postavljeno isto pitanje I odgovorili ste potvrdno da se može ponuditi sa ovom podelom.

Odgovor: Da, prihvatljivo je.

PARTIJA 7

stavka 38– shodno najnovijem odgovoru, obzirom da su standardne zapremine ovih zdelica 100 ml, 150 ml, 250 ml....ukoliko zapremina mora biti veća od 100 ml, da li se onda može ponuditi zdelica za krrystalizaciju fi 80 mm, visine 47 mm, zapremine 150 ml?

Odgovor: Da može se ponuditi zdelica za kristalizaciju fi 80 mm, visine 47 mm i zapremine 150 mL.

Partija 7

Stavka br.16 – molimo vas da imate u vidu da digitalne birete od 25ml imaju tačnost na 0,07% stoga da li je prihvatljivo ponuditi takvu biretu? Ako nije molimo Vas za kataloški broj I naziv proizvođača

Odgovor: Da, prihvatljivo je.

Stavka 18 – Da li je prihvatljivo ponuditi pipete od soda lime stakla jer se pipete graduisane ne prave od borosilatnog stakla?

Odgovor: Da, prihvatljivo je.

Stavka br.38 – Kao što vidimo mnogo ponudjača je postavljalo pitanje u vezi ove stavke. Molimo Vas dakle da imate u vidu da postoje standardi koje proizvođači moraju ispoštovati prilikom proizvodnje. Ovakva posuda prečnika 70mm i visine 41 ima zapreminu 100ml a ne više od 100ml.

Postoji druga dimenzija a to je da je prečnik 80mm, visina 47mm a zapremina 150ml i treća opcija a u pitanju je tigl koji ne izleda kao posuda za kristalizaciju I ima dimenzije prečnik 70mm visina 56mm I zapremina 120ml?

Koja od ove tri opcije je prihvatljiva za Vas? Ako nije nijedna molimo Vas za kataloški broj I naziv proizvođača kako bismo proverili da zaiste postoje ovakve posude koje vi tražite.

Odgovor: Prihvatljivo je ponuditi kristalne zdelice dimenzija: prečnik 80mm, visina 47mm, a zapremine 150mL.

PARTIJA BR.17

Stavka br.5 – Istraživanjem tržišta ustanovili smo da ovakav stalak za velike tube prečnika 30mm a koje inače imaju zapreminu od 50ml se ne prave sa 40 mesta. S obzirom da ste odgovorili negativno na naše pitanje molimo Vas da nam prosledite kataloški broj I naziv proizvođača kako bismo proverili I uvdili da ovakav stalak zaista postoji. I još jednom Vas molim da razmotrite mogućnost da se ponudi stalak sa 24 mesta ili 21 mestom?

Odgovor: Stavka 5 – Proizvođač: Sam Plast-Čačak; kat. br. 0078: Stalak za posudu za feces 40RM.
Nije prihvatljiv stalak sa 24 ili 21 mestom.

PARTIJA 18

Stavka br.4 – Da li je prihvatljivo ponuditi žute nastavke od 2-200ul jer ne postoje od 20-200ul?

Odgovor: Da, prihvatljivo je.

PARTIJA 20

Stavka br.7 – Da li se ukupna tražena količina odnosi na 100 pakovanja po 100kom?

Odgovor: Potrebno je ponuditi 100 pakovanja od po 100 komada.

PARTIJA 11

Stavka br.3 – Molimo Vas da traženu stavku izbacite iz partije i odvojite je u posebnu partiju.

Kao što ste upoznati sa prošlogodinjim tenderom pogotovu za partiju br.11 i pogotovu za ovu stavku koja je bila sporna I prošle godine, gde takođe znate da postoji jedan jedini proizvođač Samplast koji pravi ovakve posude u ovoj zapremini a na naše pitanje da li je prihvatljivo ponuditi zapreminu od 250ml odgovorili ste negativno. Dakle molimo Vas da je odvojite u posebnu partiju kako biste I drugim učesnicima omogućili da učestvuju.

Odgovor: Komisija za JH prihvata Ваш предлог да се из партије 11, ставка 3 „ПОСУДА ЗА УЗОРКОВАЊЕ, СТЕРИЛНА 300ml“ издвоји из ове пртије и премести у посебну партију бр 32. Komisija za JH donosi odluku o izmeni konkursne dokumentacije na strani 53 u delu Tehicka specifikacija sa strukturom cene za partiju 11, navedeno je:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 11

Ред.бр ој	Назив и паковање	Јединица мере	Количина	Произвођач	Квалитет производа		Квалитет добављача	Опасне материје	Цена по јед.мере без ПДВ-а	Цена по јед.мере са ПДВ- ом	Укупна вредност без ПДВ- ом	Укупна вредност са ПДВ-ом	Рок испору ке
					Техн.карактеристике и национални или међународни стандарди	докази о квалите ту							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПАРТИЈА 11 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ХИГИЈЕНУ												
1	PETRI ŠOLJA STERILNA 90mm	КОМ	150000			+							
2	PETRI ŠOLJA STERILNA Ø 55	КОМ	1000			+							
3	POSUDA ZA UZORKOVANJE, STERILNA, 300ml	КОМ	900	-	Plastične, zasebno upakovane, sterilne za uzorke iz životne sredine	+	-	-	-	-	-	-	
4	KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA, sterilan	КОМ	60000		sterilni za jednokratnu upotrebu; jednake duzine brisa i epruvete sa plasticnim nosacem vate ili uzorak na uvid	+							
5	KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA, sterilan	КОМ	1800		posebno upakovani, sterilni, sa drvenim štapićem, za uzorke iz životne sredine	+							
6	STERILNA ČAŠA ZA URIN	КОМ	1200			+							
7	POSUDA ZA FECES, sa poklopcem i kašikom	КОМ	31000		Sterilna R=25mm ± 2mm ili original proizvod kao uzorak, svetlije, neprozirne PVC ili uzorak na uvid	+							
	ПАРТИЈА 11 УКУПНО (од 1-7)												

Мења се конкурсна документација на страни 53 тако да сада гласи:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 11

Ред.б рој	Назив и паковање	Јединица мере	Количина	Произвођач	Квалитет производа		Квалитет добављача	Опасне материје	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ- ом	Укупна вредност без ПДВ- ом	Укупна вредност са ПДВ-ом	Рок испору ке
					Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди	докази о квалите ту							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПАРТИЈА 11 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ХИГИЈЕНУ													
1	PETRI ŠOLJA STERILNA 90mm	КОМ	150000			+							
2	PETRI ŠOLJA STERILNA Ø 55	КОМ	1000			+							
3	KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA, sterilan	КОМ	60000		sterilni za jednokratnu upotrebu; jednake duzine brisa i epruvete sa plasticnim nosacem vate ili uzorak na uvid	+							
4	KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA, sterilan	КОМ	1800		posebno upakovani, sterilni, sa drvenim štapićem, za uzorke iz životne sredine	+							
5	STERILNA ČAŠA ZA URIN	КОМ	1200			+							
6	POSUDA ZA FECES, sa poklopcem i kašikom	КОМ	31000		Sterilna R=25mm ± 2mm ili original proizvod kao uzorak, svetlije, neprozirne PVC ili uzorak na uvid	+							
ПАРТИЈА 11 УКУПНО (од 1-6)													

Додаје се у конкурсној документацији на страни 93 нова Партија бр:32 - ПОСУДА ЗА УЗОРКОВАЊЕ, тако да гласи:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 32

Ред. број	Назив и паковање	Јединица мере	Количина	Произвођач	Квалитет производа		Квалитет добављача	Опасне материје	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-ом	Укупна вредност са ПДВ-ом	Рок испоруке
					Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди	докази о квалитету							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПАРТИЈА 32- ПОСУДА ЗА УЗОРКОВАЊЕ												
1	POSUDA ZA UZORKOVANJE, STERILNA, 300ml	kom	900		Plastične, zasebno upakovane, sterilne za uzorke iz životne sredine	+							
ПАРТИЈА 32 УКУПНО (од 1-1)													

Због измена насталих у Конкурсној документацији помера се рок за достављање понуда.

Нови рок за достављање понуда је: 24.06.2019 године до 10 часова. Отварање понуда је истог дана у 10:30 часова.

Измењена Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Завода за јавно здравље Панчево 17.06.2019.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН ВД-III/2019