

Наш знак: 01-412/19-2020  
Датум: 21.07.2020  
Ваш знак:

**Додатно појашњење конкурсне документације**  
за јавну набавку бр. ВД-И/2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На адресу наручиоца 21.07.2020г. стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

Партија: 19

Ставка 8 - која димензија телескопског ступа вам одговара 0,65 - 1,20m ; 0,70 - 1,80m; 0,95 - 2,80m; 1,25 - 2,50m; 1,15 - 3,00m; 1,65 - 4,50m; 1,75 - 6,00m ?

**Одговор:** димензије штапа: 1,65-4,50m.

Ставка 13 – који опсег концентрације Вам треба за дискове?

**Одговор:** концентрација за „Lovibond“ дискове 0,0-1,0.

Ставка 14 - да ли вам требају таблете DPD No. 1 Rapid , опсег 0-1 mg/l Cl<sub>2</sub> ?

**Одговор:** Да, таблете за „Lovibond“ хлор компараторе DPD No. 1 опсег 0-1 mg/l Cl<sub>2</sub>

Партија: 22

Zamolili bismo vas da nam pojasnite, da li je u okviru partije 22. Pozicija 37. prihvatljivo ponuditi Enterococcus faecium /ATCC 6057/ Kwik stik duopak?

**Одговор:** Да, прихватљиво је.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
ЈН ВД-И/2020