

Наш знак: 01-506/10-2019
Датум: 16.08.2019
Ваш знак:

**Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-IV/2019**

На адресу наручиоца 20.08.2019. године, стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

-Питање бр.1

Везано за конкурсну документацију за јавну набавку бр: ВД-IV/2019, куповина опреме за заштиту животне средине, Систем индукване купловане плазме са масеним детектором (IPC-MS) за одређивање концентрације елемената који се испитују у узорцима животне средине, у оквиру додатних услова из члана 76 закона о јавним набавкама захтевано је да понуђач располаже уведеним системом усаглашанем са стандардима ISO 9001; ISO 14001 и OHSAS 18001, а с обзиром да је 2018 године стандард ISO 45001:2018 почео да замењује OHSAS 18001:2008 упућујемо Вам следеће питање:

-Да ли је прихватљиво приложити сертификат ISO 45001:2018?

Одговор: Да, прихватљиво је.

-Питање бр.2

У оквиру прилога 4. Техничка спецификација, захтевано је следеће: Аутосамплер са минимум 85 места за виале од 6mL, и минимум 3 позиције од 100mL за стандарде и растворе за испирање, наше питање је следеће:

-Да ли је прихватљиво понудити аутосамплер са 250 позиција, од тога 10 позиција од 50mL за стандарде и 240 позиција од 15mL?

Одговор: Да, прихватљиво је.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ВД-IV/2019