

Наш знак:01-249/26-2018
Датум:10.05.2018
Ваш знак:

Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-И/2018 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На адресу наручиоца 09.05.2018 г. стигли су захтеви за појашњење конкурсне документације који гласе:

Partija 3

Stavka br.6 – Zbog specifičnosti tražene stavke molimo Vas da je izdvojite u posebnu partiju kako bi mogli da učestvuju i ostali ponuđači.

Odgovor: Ne možemo izaći u susret Vašem zahtevu u smislu izdvajanja tražene stavke u posebnu partiju. Možemo biti fleksibilni u pogledu promera i ugla rotacije. Smatramo da Led lampa - lupa sa postoljem nije specifična stavka i odgovara prema nameni partiji 3 (OPTIKA I SPEC. LABORATORIJSKI PRIBOR).

Partija 15 _____

U tehničkoj specifikaciji za partiju 15, stavka 1, traženo je da osetljivost i specifičnost bude >90%. Da li je prihvatljivo ponuditi test čije su osetljivost i specifičnost za cervikalni bris veće od 88%, a za uretralni bris veće od 75%?

Odgovor: 09.05.2018g

Neophodno je da za svaki uzorak (cervikalni ili uretralni bris) osetljivost bude veća od 90%, a specifičnost prihvatamo: za cervikalni bris veće od 88%, a za uretralni bris veće od 75%.

Ispravka odgovora na pitanje:

Neophodno je da za svaki uzorak (cervikalni ili uretralni bris) **specifičnost** bude veća od 90%, a **osetljivost** prihvatamo: za cervikalni bris veće od 88%, a za uretralni bris veće od 75%.

Partija 19 _____

Partija 19, stavka 17.S obzirom da ste kao stavku 19 stavili DPD tablete Rapid No.1 cija je koncentracija 0-1mg/l, da li moze da se ponudi komparator Chlorine 0 – 1.0 mg/l Cl2*, ili Vam treba komparator e 0.1 – 2.0 mg/l Cl2* ili 0 – 4.0 mg/l Cl2*?

Odgovor: Ne. Potrebne su DPD tablete Rapid No.1. jačine 0 – 1.0mg/l Cl2.

Partija 19, stavka 17, S obzirom da proizvođač nema u ponudi sam komparator, da li može da se ponudi set koji sadrži komparator, diskove, kivete, stapić za mesanje i regense?

Odgovor: Da, 2 komada isključivo Checkit komparatora sa DPD tabletama Rapid No.1.

Partija 19, stavka 18, Molim Vas za odgovor za koji opseg hlora vam trebaju diskovi? 0 – 1.0 mg/l Cl₂*, 0 - 2 mg/l Cl, 0 - 4 mg/l Cl₂?

Odgovor: Diskovi opsega 0.0-1.0 mg/l Cl₂.

Partija 20 _____

PARTIJA 20 – STAVKA 8 - da li je odgovarajuće ponuditi kvalitativni filter papir, bela traka, prečnik 185mm, veličine pora 8-12um?

Odgovor: Potrebno je ponuditi filter papir MN 615 ili odgovarajući, a ekvivalentnost sa MN 615 treba dokazati izvodom iz kataloga za ponuđeni artikal.

Partija 21 _____

Partija 21, stavka 7, molimo Vas proverite u tenderskoj dokumentaciji da li je doslo do greske prilikom kucanja, tražn je rastvor za kalibraciju konduktometra 12880mS/ms, da li ste mislili a rastvor za kalibraciju konduktometra 12880 us/cm?

Odgovor: Da, rastvor za kalibraciju konduktometra 12880 μS/cm (mikroS/cm).

PARTIJA 21 – STAVKA 16 – tražite PT shemu PE1194-WP - PT SHEME može da Vam isporuči samo onaj dobavljač koji je zastupnik kompanije Sigma, a time ograničavate konkurenciju – link u prilogu.

<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/pe1194?lang=en®ion=GB>

Molim Vas da razmotrite izdvajanje pomenute stavke u posebnu partiju.

Odgovor:

Došlo je do greške u oznaci artikla pod brojem 16 u tehničkoj specifikaciji naručioca. Uzorak za PT shemu PE1194-WP Sigma Aldrich proizvodi se i kao sertifikovani referentni materijal pod oznakom QC1194, Settleable solids-WP, koji mogu ponuditi i ponuđači koji nisu zastupnici kompanije Sigma.

Dakle potrebno je ponuditi artikal QC1194, Settleable solids-WP Sigma Aldrich

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/qc1194?cm_sp=Insite-_-prodRecCold_xorders-_-prodRecCold2-2

PARTIJA 21 – STAVKA 20 - s obzirom da se više ne proizvodi CRM Cat.No. NWTM-DWS.2, da li je odgovarajuće ponuditi Cat br.NWTM-DWS.3 –specifikacija u prilogu.

Odgovor: Da, odgovarajuće je ponuditi CRM Cat No NWTM-DWS3

