

Наш знак: 01-191/16-2019
Датум: 09.04.2019
Ваш знак:

Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ВД-П/2019

На адресу наручиоца 08.04.2019 г. стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

Питање бр.1:

Везано за конкурсну документацију за јавну набавку бр. ВД-П/2019, у оквиру додатних услова из члана 76 закона о јавним набавкама захтевано је да понуђач располаже уведеним стандардом усаглашеним са стандардом ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, а с обзиром да је 2018, ISO 45001:2018 почео да замењује OHSAS 18001:2008 да ли је прихватљиво приложити сертификат ISO 45001:2018.

Одговор на питање бр.1

Да, прихватљиво је.

Питање бр.2:

У захтеваној техничкој спецификацији за аутосамплер на страин 28 тражено је: “Треј са minimum 85 места за вијале од 60mL”. Да ли ћете прихватити “треј” са 90 места за вијале од 15 или 10 ml, с обзиром да у наведене запремине вијала можете ставити узорак од 6 ml?

Одговор на питање бр.2

Да прихватиће се аутосамплер који има могућност коришћења вијала од 15 ml и 50 ml.

Питање бр.3:

У захтеваној техничкој спецификацији за аутосамплер на страни 28 тражено је “ Min tri pozicije od 100ml za standard i rastvore za ispiranje“. Да ли ћете прихватити 10 позиција за вијале од 50 ml, где можете комбиновати по две позиције са истим стандардом или раствором за испирање и тиме додати пет позиција по 50 ml?

Одговор на питање бр.3

Да прихватиће се аутосамплер са 10 позиција за вијале од 50 ml.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ВД-П/2019