

Наш знак: 01-191/18-2019
Датум: 12.04.2019
Ваш знак:

Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ВД-П/2019

На адресу наручиоца 11.04.2019 г. стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

Питање бр.1:

На страни 27 техничке спецификације за вакумски систем тражено је:

“Једна спољна пумпа ниског вакума.”

Да ли ћете прихватити систем који има тражену пумпу, а који се састоји од две турбомолекуларне пумпе унутар уређаја и једне спољашње пумпе, која се додатно, у циљу редукције буке, може поставити на растојању до 12m до „ICP-MS“?

Одговор на питање бр.1

Да прихватиће се.

Питање бр.2:

На страни 27 техничке спецификације за софтвер и компјутер тражено је:

“Софтвер мора имати могућност за директно контролисање „HPLC и/или GC“ апарата произвођача опреме”

Да ли ћете прихватити систем чији софтвер има могућност надоградње за директно контролисање само „HPLC“ апарата?

Одговор на питање бр.2

Да прихватиће се систем чији софтвер има могућност надоградње за директно контролисање само „HPLC“ апарата.

Питање бр.3:

На страни 28 техничке спецификације за аутосамплер тражено је:

“Могућност рада са узорцима припреманим у HF”

Да ли ћете прихватити инструмент чији аутосамплер нема ту могућност?

Одговор на питање бр.3

Неће се прихватити инструмент са аутосамплером који нема могућност рада са узорцима припреманим у „HF“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ВД-П/2019