

Наш знак:01-567/7-2017

Датум:04.12.2017г.

Појашњење и одговори на питања за ЈН ОСУ-І/2017

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И
ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА 2017 г.
Оквирни споразум

1. Да ли постоји могућност да се из следећих партија издвоје апарате за које Вам можемо понудити ауторизацију а то су:

Партија број 2 – Memmert,
Партија број 4 – Binder и Memmert,
Партија број 11 – denzitometar Biosan,
Партија број 31 – Intersince, Ika, Biosan I WTW,
Партија број 36 – Binder и Nabertherm,
Партија број 37 – Stuart, Lovibond, KNF.

Одговор на питање 1:

Обзиром да је опрема разноврсна и да постоји велики број произвођача, нисмо у могућности да Вам изађемо у сусрет јер би то значило да сваки апарат има своју партију.

2. У партији број 31 у називу се помиње апарат „**Selecta**“, али се у табели не тражи ништа везано за тај апарат, да ли је упитању грешка?

Одговор на питање 2:

Да у питању је штампарска грешка у наслову. Партију 31 обухватају апарати: Vortex “Biosan” 1 ком. и “ИКА” 4 ком., Хомогенизатор „Interscience” и Бројач колонија „WTW”

3. У партији број 35 нисте навели модел апарата „**Testo**“, молимо Вас да наведете.

Одговор на питање 3:

Модел „TESTO“ Data logger су:

1. Data logger 176 T2 -100...+400°C Testo
2. Data logger 175 T3 -50...+400°C Testo.

4. У партији број 34 нису наведени модели беспламених стерилизатора, молимо Вас да наведете.

Одговор на питање 4:

Модел беспламених стерилизатора: WLD-ТЕС „**SteriMax smart**“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ОСУ-І/2017