

Наш знак: 01-437/7-2020  
Датум: 02.07.2020 г.  
Ваш знак:

**Предмет: Одговор на питање за Јавну набавку мале вредности МД-VI/2020- Лабораторијска опрема - Лабораторијски фрижидер великог капацитета**

На адресу Завода за јавно здравље Панчево пристигло је питање за ЈН мале вредности МД-VI/2020 **Лабораторијска опрема - Лабораторијски фрижидер великог капацитета** 02.07.2020 год. које гласи:

Ставка 2:

Да ли је одговарајуће понудити фрижидер са температурним опсегом од +2 °C до +12 °C, имајући у виду да је у питању захтев за лабораторијски фрижидер у коме се углавном чува материјал на око +4°C, а препоручљиво је да температура буде изнад +2°C јер испод те температуре неки материјали мрзну?

**Одговор на питање бр. 1**

Да, прихватљиво је да понудите фрижидер са радном температуром од +2 °C до +12 °C.  
У конкурсној документацији на страни 25/ 35 у делу техничке карактеристике пише:  
Т ранг: 0C до +10C (+/-2C).

Ставка 5:

Да ли је одговарајуће понудити фрижидер спољне дубине 800mm?

**Одговор на питање бр. 2**

Да, прихватљиво је да понудите фрижидер спољне дубине 800mm.

Одговори на питања - појашњење конкурсне документације објављени су на порталу ЈН и интернет страни Наручиоца.02.07.2020г.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
МД-VI/2020