

Наш знак: 01-437/10-2020  
Датум: 06.07.2020  
Ваш знак:

Предмет: Одговор на питање за Јавну набавку мале вредности МД-VI/2020- Лабораторијска опрема - Лабораторијски фрижидер великог капацитета

На адресу Завода за јавно здравље Панчево пристигло је питање за ЈН мале вредности МД-VI/2020 Лабораторијска опрема - Лабораторијски фрижидер великог капацитета 03.07.2020 год. које гласи:

**Питање бр 1:** да ли је прихватљиво понудити решење које подразумева „VFD display“ уместо „LCD“.  
„VFD displeји“ по својим перформансама са аспекта контраста, брзине одговора и поузданости рада на ниским температурама су својим перформансама и бољи од класичних „LCD displeја“.

**Одговор на питање бр 1:** Није прихватљиво да понудите „VFD display“, потребно је понудити опрему у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификацијом на страни 25/ 35.

**Питање бр 2:** Молимо разјашњење да ли је прихватљиво понудити фрижидер који има опсег температуре од 2С до15С, са свим осталим одговарајућим карактеристикама ?

**Одговор на питање бр 2:** Да, прихватљиво је да понудите фрижидер који има опсег температуре од +2 °С до +15 °С.

Одговори на питања - појашњење конкурсне документације објављени су на порталу ЈН и интернет страни Наручиоца 06.07.2020 г.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МД-VI/2020