

Наш знак: 01-412/23-2020
Датум: 22.07.2020
Ваш знак:

Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-И/2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На адресу наручиоца 22.07.2020г. стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

Партија: 1

- stavka 2 – U okviru tehnickih karakteristika zahtevana je cistoca $\geq 99,0\%$ i $Fe \leq 0,2$. Da li nam mozete reci kataloski broj hemikalije koju ste do sada koristili?

Одговор: Zahtevana tehnička karakteristika u specifikaciji je $Fe \leq 1\text{mg/kg}$ a ne 0,2 tako da je potrebno ponuditi hemikaliju tih karakteristika.

- stavka 30 – U okviru tehnickih specifikacija naveli ste sledece: puris $\geq 99,0$ sadrzaj amonijaka $(\text{NH}_4) \leq 0,004$. Da li se vrednost 0,004 odnosi na procenete?

Одговор: Da, odnosi se na procenat. Напомена: потребно је понудити калијум-натријум тартарат са четири молекула воде. (tehnička greška odnosno propust u tenderskoj/tehničkoj specifikaciji).

- stavka 31 – U okviru tehnickih karakteristika zahtevana je cistoca 99-102%, obzirom da niko od renomiranih proizvođača nema zahtevanu cistocu, da li je prihvatljivo ponuditi cistocu 98,5-102%?

Одговор: Да, прихватљиво је.

- stavka 38 – U okviru tehnickih karakteristika zahtevan sadržaj aktivnog hlora je 12-15%, obzirom da niko od renomiranih proizvođača nema traženi opseg u traženom pakovanju, da li je prihvatljivo ponuditi u opsegu 10-15%?

Одговор: Да, прихватљиво је.

- stavka 58 – Da li je prihvatljivo ponuditi selenske tablete u traženom pakovanju sa specifikacijom 3,5g $\text{K}_2\text{SO}_4 + 0,0035\text{g Se}$?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Партија: 20

Stavka 1 – da li moze da se ponudi syringe filteri cije je pakovanje 100 komada?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Stavka 6 – da li moze da se ponudi kvalitativni filter papir, 70 g/m², cije su dimenzije 580x580mm?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Партија: 21

Ovom prilikom bih zamolila za pojašnjenje načina popunjavanja tabele partije 21. Nakon odgovora da je potrebno ponuditi QC 3074-500ml, 500ml x 2 komada a NE 4 komada od 500ml, tom prilikom nije promenjena tabela u skladu sa vasim zahtevom. Da li ce doći do izmene tabele?

Одговор: Не попуњавати ставку 26 јер је због техниче грашке дошло до дуплирања ставки. Табела се неће мењати.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН ВД-1/2020