

Наш знак: 01-412/28-2020
Датум: 22.07.2020
Ваш знак:

Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-І/2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На адресу наручиоца 22.07.2020г. стигао је захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

Партија: 7

Ставка 5-боце по Winkler-у се производе у запремини од 100-150ml. Да ли је прихватљиво понудити такву бочу?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Ставка 4-Да ли се могу понудити мензуре са PP затвараčem?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Партија: 17

Ставка 10-Да ли је прихватљиво понудити левак пречника 75mm?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Ставка 11-Да ли је прихватљиво понудити левак пречника 100mm?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Takodje, за наведене две ставке да ли је неопходно достављање узорака ако су понудјени исти као у прошлогодишњој јавној набавци и исти су достављани на увид.

Одговор: Да, потребно је доставити узорак.

Ставка бр 16-Да ли је прихватљиво понудити каšику 200mm?

Одговор: Да, прихватљиво је.

Партија: 20

Stavka 5 – Navedeno je: Membran filtri 0,45mcm - KOM 10

Molimo navedite koja količina se traži jer su ovakvi filteri uobičajeno pakovani po 100 komada.

Одговор: Потребно је да понудите 10 паковања по 100 комада.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН ВД-1/2020