

Наш знак: 01-506/21-2019

Датум: 17.09.2019

Ваш знак:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени примљених понуда број 01-506/20-2019 од 17.09.2019. године, а у поступку јавне набавке ВД-IV/2019 за 2019. годину – **ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**, ОРН:3800000 у поступку јавне набавке велике вредности, доносим

О Д Л У К У

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку добара ВД-IV/2019 за 2019. годину - **ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** понуђачу:

доо „**DSP Chromatography**“ ул. Милутина Миланковића бр.120г, 11070 Нови Београд

Образложење

НАРУЧИЛАЦ, Завод за јавно здравље Панчево, ул. Пастерова бр. 2, спровео је поступак јавне набавке за 2019. годину набавка – **ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**, ОРН: 3800000 ; БРОЈ: ВД- IV /2019 у поступку јавне набавке велике вредности, процењена вредност јавне набавке је **14.000.000,00** динара без ПДВ-а.

По Јавном позиву бр. 01-506/4-2019 постављеном на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 24.07.2019 године пристигло је благовремено 5 (пет) понуда:

Понуда бр: 1

доо „**Хемтек лаб**“ ул: Десет авијатичара бр:2а, 11050 Београд

Понуђач наступа самостално.

Понуђена цена је: Понуђач није исказао цену.

Рок испоруке: Понуђач није исказао рок испоруке.

Гарантни рок: Понуђач није исказао гарантни рок.

Важност понуде: Понуђач није исказао важност понуде

Понуда је **НЕПРИХВАТЉИВА** јер не испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији. Достављена понуда садржи битне недостатке: није достављен–Прилог: 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Понуђач није исказао: цену, рок испоруке, гарантни рок и важност понуде - понуда се одбија као **неприхватљива**.

Понуда бр: 2

доо „**DSP Chromatography**“ ул: Милутина Миланковића 120г, 11070 Нови Београд
Понуђач наступа самостално.

Понуђена цена је: **13.600.000,00** дин без ПДВ-а.

Рок испоруке: 90 дана.

Гарантни рок: 24 месеца

Важност понуде: 60 дана.

Понуда доо „**DSP Chromatography**“ је **ПРИХВАТЉИВА**, јер испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији.

Понуда бр: 3

доо „**Суперлаб**“ ул: Милутина Миланковића бр:25, 11070 Нови Београд

Понуђач наступа самостално.

Понуђена цена је: **14.200.000,00** дин без ПДВ-а.

Рок испоруке: 90 дана

Гарантни рок: 24 месеца

Важност понуде: 60 дана

Понуда је **НЕПРИХВАТЉИВА** јер не испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији. Достављена понуда садржи битне недостатке и то:

- Понуђена цена је **преко процењене вредности**.
- понуда не садржи доказ о потребним кадровским капацитетима,
- понуда не садржи попуњен образац бр 15 и 16 (референц листе да је понуђач у претходне 3 године (2016, 2017 и 2018) реализовао минимум 2 уговора о продаји истоврсних добара),
- понуда не садржи доказ да се понуђач обавезује да ће у наредних седам година пружити услуге сервиса и добављања резервних делова за опрему,
- понуда не садржи доказе о захтеваним техничким карактеристикама ICP-MS система
- Прилог бр: 5 - Модел уговора није потписан.

Понуда доо „Суперлаб“ се одбија као **неприхватљива**.

Понуда бр: 4

Заједничка понуда: доо „**Shimadzu**“ ул: Милутина Миланковића 23, 11070 Нови Београд
и доо „**Shimadzu**“ ул: Завртница 17, 10000 Загреб, Хрватска

Понуђена цена је: **8.570.700,00** дин без ПДВ-а.

Рок испоруке: 90 дана

Гарантни рок: 25 месеци

Важност понуде: 60 дана

Понуда је **НЕПРИХВАТЉИВА** јер не испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији. Достављена понуда садржи битне недостатке и то:

- достављени доказ за подесиву снагу RF генератора није прихватљив обзиром да је понуђен инструмент са RF генератором до 1400 W што је и назначено као неприхватљиво у одговорима на питања понуђача.
- у достављеној техничкој документацији није пронађен доказ да детектор понуђеног уређаја има минимално време интеграције 100µs или подесиво време интеграције.
- у достављеној техничкој документацији није пронађен доказ на који начин произвођач опреме изражава тражене техничке карактеристике у погледу осетљивости, позадинских сметњи, детекционог лимита и стабилности. Изјава произвођача опреме се не прихвата као доказ уколико у документацији произвођача опреме није исказано на који начин се тражена техничка карактеристика изражава.

Понуда доо „Shimadzu“ се одбија као неприхватљива

Понуда бр: 5

доо „Analysis“ ул: Гандијева 76а, 11070 Нови Београд

Понуђач наступа самостално.

Понуђена цена је: **10.350.000,00** дин без ПДВ-а.

Рок испоруке: 90 дана

Гарантни рок: 24 месеца

Важност понуде: 60 дана

Понуда је **НЕПРИХВАТЉИВА** јер не испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији. Достављена понуда садржи битне недостатке и то:

- у достављеној техничкој документацији није пронађен доказ на који начин произвођач опреме изражава тражену техничку карактеристику (Режим са „He“ као колизионим гасом: детекциони лимити у „He“ моду, As (75) <8 ppt). Изјава произвођача опреме се не прихвата као доказ уколико у документацији произвођача опреме није исказано на који начин се изражава тражена техничка карактеристика.
- у достављеној техничкој документацији (брошура TELEDYNE CETAC TECHNOLOGIES Operators Manual Part No. 480215 REV 3) није пронађен доказ да понуђени аутосамплер има могућност рада са узорцима припреманим у флуороводоничној киселини (HF). Понуђач у техничкој документацији као доказ није доставио изјаву произвођача опреме „TELEDYNE CETAC TECHNOLOGIES“ да понуђени аутосамплер модел ASX-560 има могућност рада са узорцима припреманим у HF. Не прихвата се изјава достављена од произвођача Thermo Fisher Scientific, обзиром да исти није произвођач понуђеног аутосамплера.
- у достављеној документацији није пронађена ауторизација од произвођача аутосамплера TELEDYNE CETAC TECHNOLOGIES да је фирма „ANALYSIS“ доо Београд овлашћени представник - дистрибутер произвођача за Републику Србију односно овлашћени продавац.

Понуда доо „Analysis“ се одбија као неприхватљива.

Избор понуда се врши по критеријуму: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

Пондер рачун:

Р.Б.	Назив понуђача	Цена без ПДВ-а	Цена Број бодова (0-70)	Квалитет Број бодова (0-15)	Технич. и технол. предности Број бодова (0-15)	Укупан број бодова	Ранг
1.	доо „DSP Chromatography“ Нови Београд	13.600.000,00	70	15	15	100	1

На основу свега изнетог комисија поднела извештај директору Завода и предложила да за јавну набавку: **ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВД-IV/2019 - СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** - донесе одлуку о додели уговора понуђачу: доо „DSP Chromatography“ ул: Милутина Миланковића 120г, 11070 Нови Београд, те је на основу напред изнетог, донета Одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке, Заводу за јавно здравље Панчево, као наручиоцу, а копија Захтева Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Достављено:

- 1.Портал јавних набавки
- 2.Интернет страница ЗЗЈЗПА
- 3.а/а



ДИРЕКТОР

Прим др Љиљана Лазич