

Наш знак: 01-589/11-2018

Датум: 03.01.2019

Ваш знак:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени примљених понуда број 01-589/10-2018 од 03.01.2019. године, а у поступку јавне набавке ВД-П/2018 за 2018. годину – **ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - NO₂/NO_x АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК**, ОРН:3800000 у поступку јавне набавке велике вредности, доносим

О Д Л У К У

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку добара за 2018. годину - **ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – NO₂/NO_x АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК**, понуђачу:

доо“ **E3 Environmental Solutions**“ ул: Кружна 11, 21000 Нови Сад

2. ОДБИЈА се следећа понуда:

доо „**Ecomaks Solutions**“ ул: Шекспирова бр:13, 11000 Београд као неприхватљива.

Образложење

НАРУЧИЛАЦ, Завод за јавно здравље Панчево, ул. Пастерова бр.2, спровео је поступак јавне набавке за 2018. годину за – **ОПРЕМУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - NO₂/NO_x АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК**, ОРН: 3800000 ; БРОЈ: ВД-П/2018 у поступку јавне набавке велике вредности, процењена вредност јавне набавке је **2.000.000,00** динара.

По Јавном позиву бр. 01-589/4-2018 постављеном на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.11.2018 године, пристигле су благовремено две понуде:

Понуда бр: 1

доо“ **E3 Environmental Solutions**“ ул: Кружна 11, 21000 Нови Сад

Понуђена цена је: 1.620.000,00 дин без ПДВ-а.

Рок испоруке: 60 дана

Гарантни рок: 12 Месеци

Важност понуде: 60 дана

Понуда је **ПРИХВАТЉИВА** због тога што испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији.

Понуда бр: 2

доо „Ecomaks Solutions“ ул: Шекспирова бр:13, 11000 Београд

Понуђена цена је: 1.295.000,00 дин без ПДВ-а.

Рок испоруке: 60 дана

Гарантни рок: 12 Месеци

Важност понуде: 61 дана

Понуда је **НЕПРИХВАТЉИВА** због тога што не испуњава све захтеване услове по ЗЈН и Конкурсној документацији.

Образложење:

- Није достављен доказ да је уређај компатибилан са постојећим конвертером модел CONV 02-NH₃
- Није достављен доказ да анализатор задовољава тражени захтев у погледу контроле квалитета односно није достављен доказ да је анализатор опремљен јединицом за разблажење и припрему спан концентрације

Пондер рачун:

Р.Б.	Назив понуђача	Цена без ПДВ-а	Цена Број бодова (0-85)	Квалитет Број бодова (0-5)	Технич. и технол. предности Број бодова (0-10)	Укупан број бодова	Ранг
1.	доо „Е3 Environmental Solutions“ Нови Сад	1.620.000,00	85	5	10	100	1

Избор понуда се врши по критеријуму: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

На I седници Комисије при отварању понуда 03.01.2019. године констатовано је да је пристигла понуда доо „Е3 Environmental Solutions“ ул: Кружна 11, 21000 Нови Сад,- ПРИХВАТЉИВА.

На основу свега изнетог комисија поднела извештај директору Завода и предложила да за јавну набавку: **ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВД-II/2018 - NO₂/NO_x АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК** - донесе одлуку о додели уговора понуђачу: доо „Е3 Environmental Solutions“ ул: Кружна 11, 21000 Нови Сад, те је на основу напред изнетог, донета Одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке, Заводу за јавно здравље Панчево, као наручиоцу, а копија Захтева Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Достављено:

1. Портал јавних набавки
2. Интернет страница ЗЗЈЗПА
3. а/а



ДИРЕКТОР
Љиљана Лазих

Прим др Љиљана Лазих