

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Laboratorijski materijal**

Referentni broj: **JND-V/2024**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Partija 34, stavka 1:</p> <p>Da li je prihvatljivo ponuditi kit za brzu lizu sa vremenom inkubacije od 10 minuta gde se reagens za liziranje nalazi u jednoj tubi i isti reagens je i transportni medijum, dok se u drugoj tubi nalazi pufer za neutralizaciju?</p> <p>Da li je prihvatljivo ponuditi zahtevani broj reakcija samo u pakovanjima od 25 reakcija zbog smanjene verovatnoće kontaminacije i smanjenog broja odmrzavanja i zamrzavanja mix-a?</p>	<p>Partija 34. stavka 1.</p> <p>Posebna/pojedinačna tuba sa transportnim mediumom nam je važan zahtev koji je neophodno ispuniti.</p> <p>Vreme inkubacije od 10 minuta nam je <b>neprihvatljivo</b>.</p> <p>Manje pakovanje je prihvatljivo.</p>
<p>Partija 34, stavka 2:</p> <p>Da li je prihvatljivo ponuditi zahtevani broj reakcija samo u pakovanjima od 25 reakcija u kojima je zapremina reakcije 25ul zbog smanjene verovatnoće kontaminacije i smanjenog broja odmrzavanja i zamrzavanja mix-a?</p>	<p>Partija 34, Stavka 2.</p> <p>Manje pakovanje je prihvatljivo.</p>