

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Laboratorijski materijal
Referentni broj: JND-VII/2024

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>U skladu sa konkursnom dokumentacijom koju ste objavili za tender JND-VII/2024 molim Vas za odgovore na sledeća pitanja:</p> <p>Da li je prihvatljivo da za stavku br 2 Dermatofit test medium, umesto dehidrisane podloge od 100g sa suplementima, ponudimo gotove razlivene podloge sa odgovarajućom suplementacijom u količini koja bi se dobila pripremom 100g dehidrisane podloge?</p>	<p>Nije prihvatljivo</p>
<p>Da li je za Naručioca prihvatljivo za stavku redni broj 7, ponuditi hranljivi bujon sledećeg sastava:</p> <p>Beef Extract 1.0</p> <p>Peptone 5.0</p> <p>Yeast Extract 2.0</p> <p>Sodium Chloride 5.0</p> <p>Final pH 6.8 ± 0.2 at 25°C</p>	<p>Da, prihvatljivo je</p>

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje												
<p>Poštovani,</p> <p>Da li je za Naručioca prihvatljivo za stavku redni broj 7, ponuditi hranljivi bujon sledećeg sastava:</p> <table data-bbox="129 712 796 1120"> <tr> <td>Sastojci</td><td>g/l</td></tr> <tr> <td>Pepton</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>Natrijum hlorid</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>HM pepton B#</td><td>1 .500</td></tr> <tr> <td>Ekstrakt kvasca</td><td>1.500</td></tr> <tr> <td>Finalni pH (na 25 oC)</td><td>7.4 ± 0.2</td></tr> </table> <p>S poštovanjem,</p>	Sastojci	g/l	Pepton	5.000	Natrijum hlorid	5.000	HM pepton B#	1 .500	Ekstrakt kvasca	1.500	Finalni pH (na 25 oC)	7.4 ± 0.2	<p>Da, prihvatljivo je.</p>
Sastojci	g/l												
Pepton	5.000												
Natrijum hlorid	5.000												
HM pepton B#	1 .500												
Ekstrakt kvasca	1.500												
Finalni pH (na 25 oC)	7.4 ± 0.2												
<p>Da li je za stavku 4. Christensenova urea 100g, prihvatljivo ponudite Christensenovu urea agar basu 100g sa suplementom Ureom 40%, u odgovarajućoj količini?</p>	<p>Da, prihvatljivo je.</p>												
<p>Poštovani,</p> <p>U skladu sa konkursnom dokumentacijom koju ste objavili za tender JND-VII/2024 molim Vas za odgovore na sledeća pitanja:</p> <p>Da li je prihvatljivo da za stavku br 2 Dermatofit test medium, umesto dehidrisane podloge od 100g sa suplementima, ponudimo gotove razlivene podloge sa odgovarajućom</p>	<p>Nije prihvatljivo</p>												

suplementacijom u količini koja bi se dobila pripremom 100g dehidrisane podloge?	
<p>Da li je za Naručioca prihvatljivo za stavku redni broj 7, ponuditi hranljivi bujon sledećeg sastava:</p> <p>Beef Extract 1.0</p> <p>Peptone 5.0</p> <p>Yeast Extract 2.0</p> <p>Sodium Chloride 5.0</p> <p>Final pH 6.8 ± 0.2 at 25°C</p>	Da, prihvatljivo je